



Zavod za fizikalnu  
medicinu i rehabilitaciju  
*Dr Miroslav Zotović*

Број: 127-23-4405-46/22

Дана: 17. 06. 2022

На основу члана 69. тачка 2. ставови а), 69. тачка 2. ставови а), члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број: 39/14, у даљем тексту: ЗЈН), члана 33. став (2) Правилника о јавним набавкама и члана 29. Статута Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука (у даљем тексту: Завод), те Записника о раду комисије за набавку након извршеног отварања понуда, по отвореном поступку јавне набавке: „медицинска средства I/22“, број: 127-23-4405-45/22 од 10.06.2022. године, директор Завода доноси:

## ОДЛУКУ

о поништењу Отвореног поступка јавне набавке:  
„медицинска средства I/22“

### Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке и у поступку јавне набавке робе- „медицинска средства I/22“ путем отвореног поступка, поништавју се:

- Лотови: **1, 4, 5, 12, 21, 26 и 30**, у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама
- Лотови: **7, 15, 29, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55 и 58**, у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама

### Члан 2.

Одлука ће се доставити понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке и биће објављена на интернет страници Завода ([www.zotovicbl.com](http://www.zotovicbl.com)), у складу са чланом 70. Став 6., Закона о јавним набавкама.

### Образложение

Поступак јавне набавке: „медицинска средства I/22“, покренут је на основу Одлуке о покретању поступка број: 127-23-4405-1/22 од 29.03.2022. године и спроведен путем отвореног поступка, Тендерска документација, број: 127-23-4405-2/22 од 29.03.2022. године, а у складу са Законом о јавним набавкама.

Обавјештење о набавци, број: 617-1-1-120-3-111/22 и Исправка обавјештења, број: 617-1-1-120-8-112/22, објављено је на Порталу јавних набавки, дана: 29.03.2022. и 30.03.2022. године.

34



Zavod za fizičku  
medicinu i rehabilitaciju  
*Dr Miroslav Zotović*

Након спроведеног отварања и оцјене понуда према критеријуму: „економски најповољнија понуда (са подкритеријумима: цијена – 95% и рок плаћања изражен у броју дана – 5%)“, Комисија је у Записнику о раду комисије за набавку након извршеног отварања понуда, констатовала да се лотови наведени у члану 1. поништавају како слиједи:

Лот 1, Potrošni materijal za rad na aparatu za transkutanu oksimetriju i laser dopler, „PeriFlux System 5000“

Лот 4, Usnici sa filterom, PVC, jednokratni за “Power breathe” aparat za trening inspiratorne muskulature

Лот 5, Igra za akupunkturu, dimenzije 0,20x15 mm, sa vodilicom, sterilna, pojedinačno pakovana

Лот 12, Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata “Atmos S 041 Wound”

Лот 21, Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 5, dužina konca min. 1x150cm, bez igle

Лот 26, Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, antibakterijski, tenzilne čvrstoće nakon 14 dana min. 60% po USP

Лот 30, Pretakač standardni за ponovljeno pretakanje i.v. infuzionih rastvora, sa integrisanim 0,45-mikronskim bakterijskim filterom i dodatnim 5-mikronskim filterom za čestice, i sa integrisanim ventilom koji sprečava curenje toksičnih supstanci

За наведене лотове није достављена ниједна понуда, те је Комисија дала препоруку Уговорном органу да се набавка по овим лотовима, поништи у складу са чланом 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама.

Комисија је такође дала препоруку да се у складу са чланом 69., став 2., тачка д) Закона о јавним набавкама односно из разлога што за дате лотове није запримљена ниједна прихватљива понуда пониште следећи лотови:

Понуда понуђача “Семикем“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према следећем:

- За лотове: 50, 51 и 52, понуђач није доставио каталог (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).
- За лот 49, понуђач на каталогу није навео интернет адресу (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).
- За лот 51, понуђач је доставио само анализни сертификат (издат од Семикем-а).
- За лотове 49, и 51, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације).
- За лотове 49 и 51, понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђена средства нису у надлежности Агенције.



Zavod za fizikalnu  
medicinu i reabilitaciju  
Dr Miroslav Zotović

Понуда понуђача „Rauche Medical” д.о.о. Мостар, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према следећем:

- навео је рок важења понуде испод деведесет (90) дана (захтјевано тачком 5.9 Тендерске документације),
- страна 19 понуде, у Анексу 3, нема назива понуђача,
- Такође, изјаву из члана 52. ЗЈН попунила је и дала Ирена Кљајо у својству директора правног лица док је увидом у остатак понуде и Актуелни извод из судског регистра утврђено да је директор привредног друштва Ирма Чаушевић

Понуда понуђача „Co.Medprom“ д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према следећем:

- Навео је рок важења понуде испод деведесет (90) дана (захтјевано тачком 5.9 Тендерске документације).

Понуда понуђача „Pro-Ten Medical“ д.о.о. Грачаница, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријумима Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лот 57.

За преостале лотове понуђача „Pro-Ten Medical“ д.о.о. Грачаница, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према следећем:

Подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога:

- За лот 32 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјеван је производ од 100% памука, а оригинални каталог на интернету приказује 90% памук и 10% еластин (у каталогу, у понуди, наведено је „100% памук“).
- За лот 33, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: из приложене копије каталога, као и онлајн каталога не може се утврдити колики је проценат памука, а захтјеван је да је завој "израђен мин. 70% од памука"; подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога: у приложеном каталогу стоји да је издужење завоја око 180%, док увидом у онлајн каталог стоји да је издужење око 80%, а захтјеван је да је завој "растезљивости мин. 150%."
- За лот 35, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у приложеној копији каталога наведено да је завој израђен од полиестера и вискозе, у онлајн каталогу стоји да је израђен од полиамида и вискозе, а тражено да је "израђен од полиестера и вискозе."
- За лот 40, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: подаци из приложене копије каталога не слажу се са подацима из онлајн каталога: у приложеној копији каталога наведена је дужина мантила за ставку 1 „133 цм“, за ставку 2 „152 цм“, док је у онлајн каталогу наведена дужина мантила за обе ставке „120 цм“, а захтјеван је за ставку 1 „мин. 130 цм“, и за ставку 2 „мин. 150 цм“.
- За лот 58, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у приложеној копији каталога само је наведено "luer slip i luer lock" конекција, и наведена је табела у којој се налази само један производ волумена од 5mL, али није



jasno koja je konekcija u pitaњу; u onlaјn katalogu nije uopšte navedena vrsta konekcije.

Понуда понуђача „Ена“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према следећем:

- Образац за цијену понуде (Анекс 2) нема попуњену посљедњу колону у табели („Број странице рјешења о регист. мед. сред.., каталога“),
- За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације). За исти лот, понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није у надлежности Агенције.
- За лот 56 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевана је трака димензија 215мм x 25м, а понуђена је димензија 215мм x 20м.

Понуда понуђача “Derby Trade” д.о.о. Брчко, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријума Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лотове: 6, 8, 13, 14, 28, 51, 52 и 56.

- За лотове 8 и 13, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације (достављен је Declaration of conformity).
- За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације); понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није медицинско средство.
- За лот 51, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације); достављен је Сертификат анализе. За преостале лотове понуђача, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према следећем:
- За лот 9: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у достављеном каталогу и интернет каталогу, није наведен гарантни рок, а захтјевано је „најмање двије године“
- За лот 29: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевана је „ларингеална маска“, а понуђен је „ларингеални тубус са балоном.“
- За лот 54: понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјевано је цријево силиконско аутоклавабилно, дужине мин. 3м, нуди се цријево за инхалатор дужине 2,1м, из понуђеног каталога не види се промјер, као ни да је цријево аутоклавабилно.
- За лот 54, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације (достављен је Declaration of Conformity).



Zavod za fizikalnu  
medicinu i rehabilitaciju  
Dr Miroslav Zotović

Понуда понуђача „Инел БХ“ д.о.о. Маглај, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

- навео је рок важења понуде испод деведесет (90) дана (захтјевано тачком 5.9 Тендерске документације),
- За лот 32, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у достављеном каталогу није наведено да производ „не садржи фамаколошке супстанце“, та да пружа „неуросензорне повратне иноформације.“

Понуда понуђача „Прома“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

- У Обрасцу за понуду (Анекс 1), није наведен број текућег рачуна.
- У Обрасцу за понуду (Анекс 1), нису наведени лотови на које се понуђач пријављује.
- За лот 14, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације); понуђач је доставио Изјаву Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, којом се изјављује да понуђено средство није медицинско средство.
- За лот 53, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације).
- За лот 14: понуђач није навео интернет адресу понуђеног каталога (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).

Понуда понуђача „Sanam Styrla“ д.о.о. Сарајево, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

- Цијела понуда је потписана факсмилом, а није достављено овлаштење за употребу факсимила.
- За лот 9 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: из приложеног каталога и онлајн каталога није видљив промјер тлакомјера, а тражи се „Ø мин. 60mm.“ Гаранција на каталогу, дописана је руком.

Понуда понуђача „Макотрон“ д.о.о. Бања Лука, испуњава формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног органа, односно, понуда је прихватљива за Уговорни орган и може бити предмет вредновања према утврђеним критеријума Обавјештења о набавци, односно Тендерском документацијом, за лотове 41 и 42.

- За лот 42, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације).

За преостале лотове понуђача „Макотрон“ д.о.о. Бања Лука, понуда није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према сљедећем:

- За лот 32 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: понуђена трака „5cm x 4,5m“, а захтјевано је „5cm x 5m.“
- За лот 32, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).
- За лот 38 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у приложеном каталогу није наведено да је фластер од „100% полиестера.“

14



Zavod za fizičku  
medicinu i rehabilitaciju  
Dr Miroslav Zotović

Понуда понуђача „Krajinagroup” д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

- Навео је рок важења понуде испод деведесет (90) дана (захтјевано тачком 5.9 Тендерске документације).
- У обрасцу за цијену понуде (Анекс 2), погрешно је наведен број странице каталога и рјешења о регистрацији медицинског средства .
- За лот 50: у Рjeшењу АЛМБиХ и у Обрасцу за цијену понуде, наведен је један произвођач, а у каталогу је наведен други производ.
- За лот 51, понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: захтјеван је „парафин течни“, а понуђен је „вазелин.“
- За лот 51, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације (достављено је Рjeшење о упису у Инвентар хемикалија).
- За лотове 52 и 55, понуђач на каталогу није навео интернет адресу (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).

Понуда понуђача „Medtouch“ д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање, према сљедећем:

- На изјавама понуђача у складу са чланом 45. и 52. ЗЈН, није наведен „положај“ лица за заступање.
- За лот 32 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: у каталогу су наведена два производа, те се не види се да је трaka „хипоалергијска, прозрачна и отпорна на влагу.“
- За лот 32, понуђач је понудио нерегистровано медицинско средство, захтјевано тачком 4.3.2. став а), Тендерске документације (достављен је Declaration of conformity).

Понуда понуђача „Сорс“ д.о.о. Бања Лука, није прихватљива и неће се узимати у даље разматрање за све понуђене лотове, према сљедећем:

- Није попуњена последњу колону обрасца – Анекс 2 („Број странице рјешења о регис. мед. сред., каталога“).
- За лот 33 понуђач је понудио средство неодговарајуће техничке спецификације: тражен је завој са "мин. 70% памука", а понуђен је завој са 60% памука, те је тражена дужина од 5m, а понуђена је дужина 4,5m.
- За лотове, 33, 34, 39 и 55, понуђач није навео интернет адресу на каталогозима (захтјевано тачком 4.3.2. став в), Тендерске документације).



Zavod za fizikalnu  
medicinu i reabilitaciju  
*Dr Miroslav Zotović*

Директор Завода је прихватио препоруку Комисије и на основу изложеног одлучио као у диспозитиву одлуке.

**Поука о правном лијеку:**


Против ове одлуке, понуђач који је учествовао у поступку набавке, може изјавити жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема ове одлуке.

**Директор**

Prim. dr sci. med. Горан Талић

Специј. ортопедије са трауматологијом

*Горан Талић*



24

25

