



Zavod za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

Број: 127-23-18561-²⁵ /21

Дана: 26. 01. 2022

На основу члана 69. став 2. тачка а), члана 69. став 2., тачка д), члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број: 39/14, у даљем тексту: ЗЈН), члана 33. став (2) Правилника о јавним набавкама и члана 29. Статута Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука (у даљем тексту: Завод), те Записника о раду комисије за набавку након извршеног отварања понуда, по Отвореном поступку јавне набавке: „медицинских средстава VI/21“, број: 127-23-18561-24/21, од 25.01.2022. године, директор Завода доноси:

ОДЛУКУ

о поништењу Отвореног поступка јавне набавке са међународном објавом: „медицинских средстава VI/21“,
за лотове: 1, 3, 4, 5, 7, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 49, 53, 56, 65 и 66

Члан 1.

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке и поништавају се, у складу са:

- чланом 69., став 2., тачка а), Закона о јавним набавкама:
ЛОТОВИ: **1, 3, 4, 5, 7, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 49, 53, 56, 65 и 66.**

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Завода (www.zotovicbl.com), у складу са чланом 70. Став 6., Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке: „медицинских средстава VI/21“, спроведен је путем Отвореног поступка јавне набавке, Тендерска документација, број: 127-23-18561-2/21 од 24.12.2021. године и Обавјештење о набавци, број: 617-1-1-540-3-251/21, објављено на Порталу јавних набавки, дана: 24.12.2021. године, у складу са ЗЈН.

Након спроведеног отварања и оцјене понуда према критеријуму: „економски најповољнија понуда (са подкритеријумима: цијена – 95% и рок плаћања изражен у броју дана – 5%)“, Комисија је закључила да за следеће лотове није запримљена нити једна понуда, те је Комисија дала препоруку да се лотови пониште:

1 Usnici sa filterom, PVC, jednokratni za “Power breathe” aparat za trening inspiratorne muskulature

3 Igla za akupunkturu, dimenzije 0,20x15 mm, sa vodilicom, sterilna, pojedinačno pakovana

SM



- 4 Crijevo silikonsko autoklavabilno, promjera 0,8-1 cm, služi kao konektor između šejvera aparata i aspiracione pumpe za odvod tečnosti iz zgloba pri endoskopskoj intervenciji
- 5 Presvlaka za ručku operacione lampe; izrađena od PVC, sterilna, jednokratna, sa kartonskom vodicom, prikladna za sve veličine ručki, kompatibilna sa operacionom lampom "BerchtoldChromophare D 660"
- 7 Orofaringealni tubus (Guedel airway), sterilan, u rasponu veličina 00-6
- 15 Crijevo za koncentrador kiseonika, dužine 7,5-10 m
- 29 Zavoj, duguelastični, kompresivni, rastezljivosti min. 150%, izrađen min. 60 % od pamuka, širine 15 cm
- 30 Žičani šav, monofilamentni, od nerđajućeg čelika, (USP) 4, dužine min. 70 cm, tip igle-kožna, veličina igle 48-60 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga
- 31 Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, antibakterijski, tenzilne čvrstoće nakon 14 dana min. 60% po USP, debljina konca (USP) 1, dužina konca 85-95 cm, tip igle-okrugla, veličina igle 47-52 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga
- 32 Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, antibakterijski, tenzilne čvrstoće nakon 14 dana min. 60% po USP, debljina konca (USP) 2, dužina konca 85-95 cm, tip igle-okrugla, veličina igle 47-52 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 1/2 kruga
- 33 Sintetski neresorptivni poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0, dužina konca min. 75cm, tip igle-okrugla, veličina igle 25-30 mm, dvije igle, zakrivljenost igle 1/2 kruga
- 34 Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 5, dužina konca min. 1x150cm, bez igle
- 44 Kompresa za rane, sterilna, apsorptivna, sa kolagenskim vlaknima, dimenzije min. 6cmx8cmx0,8cm
- 45 Antimikrobna sterilna poliuretanska kompresa, sa poliheksametilen bigvanidom (PHMB), vodootporna, dimenzije min. 7,5cm x 7,5cm
- 49 Mikrobiološki filter za aspiracionu pumpu tip "Mevacs"
- 53 Žica vodilica sa trokarom, od nitinola, za biointerferentne vijke, promjera 1,1 mm
- 56 Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata "Atmos S 041 Wound"
- 65 Traka za fiksiranje tetiva u artroskopskoj hirurgiji, sterilna, upredena, širine 2 mm, dužine min. 75 cm, sužena na oba kraja
- 66 Kompresa sterilna parafinska



Zavod za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

Комисија је дала препоруку директору да се лотови број: 1, 3, 4, 5, 7, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 49, 53, 56, 65 и 66, пониште према претходно наведеном Образложењу, а у складу са чланом 69., став 2., тачка а).

Директор Завода је прихватио препоруку Комисије и на основу изложеног одлучио као у диспозитиву одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од десет (10) дана од дана пријема ове одлуке.



Директор

Prim. dr sci. med. Горан Талић

Спец. ортопедије са трауматологијом

"Др Мировслав
Зотовић"

Горан Талић